

Vicerrectoria Administrativa
Area de Mantenimiento



Universidad
del Cauca

5.4.1-52.5/305
Popayán, 16 de junio de 2022

Doctor
Jorge Barrera
Vicerrector Administrativo
Universidad del Cauca

Asunto: Respuesta a observación técnica a invitación pública VDAM N°123 del 2022

OBSERVACION PRESENTADA POR LA EMPRESA PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS
PAF

1. "Hemos detectado dos errores en el documento de la invitación adjunta VADM N° 123 DEL 08 DE JUNIO DE 2022, para la contratación de SERVICIOS Y PRODUCTOS A EQUIPO DE AGUA MILLIPORE MILLI Q DIRECT 16 el ítem Número 4 contiene un código errado, según la cotización enviada Número 17669.

FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA, MARCA MILLIPORE, MARCA: MILLIQ, CODIGO ZMQUVLP01

El código correcto es: CODIGO TANKMPK01"

RESPUESTA:

La Universidad acepta la observación, ya que se presentó un error en la digitación en el cual se establece que el código para el FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA, MARCA MILLIPORE, MARCA: MILLIQ corresponde al código CODIGO TANKMPK01

2. "El segundo error se presenta en el ítem número 6, según la cotización 17669 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1 GPM. CODIGO F. 10 DE LONGITUD. 20 MICRAS DE TAMAÑO DE PORO MARCA: AQUAPAF, CODIGO 155109-4.

El código correcto es: CODIGO 155109-43"



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial


Area de Mantenimiento
Carrera 3 No. 3N - 51. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia
Conmutador 8209800 Exts. 2468 - 2803
armantenimiento@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co




RESPUESTA:

La Universidad acepta la observación, ya que se presentó un error en la digitación en el cual se establece que el código para el FILTRO DE CARBON ACTIVADO GRANULAR, VELOCIDAD DE FLUJO DE 1 GPM, CODIGO F, 10 DE LONGITUD, 20 MICRAS DE TAMANO DE PORO corresponde al código CODIGO CODIGO 155109-43.

Universitariamente,


Iván Alberto Ruiz Camayo
Profesional Universitario
Área de Mantenimiento
Universidad del Cauca


Emilce Maritza Sánchez Beltrán
ingeniera Biomédica
Coordinador Área de Mantenimiento
Universidad del Cauca

Anexo: Uno (1), Un (1) Folio

ELABORÓ: EMILCE MARITZA SANCHEZ BELTRAN



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Área de Mantenimiento
Carrera 3 No. 3N - 51 Sector Tulcán - Popayán - Cauca - Colombia
Conmutador 8209800 Exts. 2468 - 2803
armantenimiento@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co