



UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
INVITACIÓN A COTIZAR VADM No. 005 DE 2026

VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES - PROPONENTES

OBJETO:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, CENTRIFUGA PARA FORTALECER LAS PRACTICAS DE LABORATORIO EN EL CAMPUS CARVAJAL DE SANTANDER DE QUILICHAO
CON EL FIN DE OPTIMIZAR PROCESOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACIÓN.

ITEM	PROponentes	1		2	
		EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S		SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S	
	REQUERIMIENTOS	CUMPLE	OBSERVACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA					
1	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO A)	SI		SI	
2	EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL	SI		NO	NO SUBSANA
3	CEDULA DE CIUDADANIA / CEDULA DE EXTRANJERIA	SI		NO	NO SUBSANA
4	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT	SI		NO	NO SUBSANA
5	ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	SI		NO	NO SUBSANA
6	COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ANEXO C	SI		NO	NO SUBSANA
7	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES	SI		NO	NO SUBSANA
8	REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	SI		NO	NO SUBSANA
9	CERTIFICADO BANCARIO	SI		NO	NO SUBSANA
10	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	SI		NO	NO SUBSANA
CONCEPTO		HÁBIL		NO HÁBIL	

(original firmado)

ALEJANDRO TOLEDO TOVAR

Vicerrector Administrativo (e)

Universidad del Cauca

Proyectó: Maria Alejandra Valencia M, Abogada Area de Adquisiciones e Inventarios

UNIVERSIDAD DEL CAUCA									
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA									
OBJETO:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, CENTRIFUGA PARA FORTALECER LAS PRACTICAS DE LABORATORIO EN EL CAMPUS CARVAJAL DE SANTANDER DE QUILICHAO CON EL FIN DE OPTIMIZAR PROCESOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACIÓN.					EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S				
PRESUPUESTO OFICIAL					1				
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	DESCRIPCION ELEMENTO	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial
1	CENTRIFUGA UNIVERSAL REFRIGERADA DE 18.000 RPM, DE -10°C A +40°C VOLUMEN MÁXIMO DE 4 X 2000ML, MAX. FCR: 23 542 XG, RANGO DE VELOCIDAD: 200 – 18.000 RPM, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 59 MIN 50 S / INCREMENTOS DE 10 S, 99 H 59 MIN / INCREMENTOS DE 1 MIN, DIMENSIONES (ANXALXP): 40 CM X 36 CM X 70 CM, PESO: 60 KG. MARCA HERMLE DE ALEMANIA, MODELO Z327K. GARANTIA 1 AÑO	1	\$ 32.153.000	\$ 32.153.000	75007203 CENTRIFUGA SORVALL ST8R REFRIGERADA THERMO SCIENTIFIC	1	\$ 25.473.300	\$ 25.473.300	OK
2	ROTOR DE ANGULO FIJO PARA TUBOS DE 30X 1.5 /2,0ML. ANGLE 45°	1	\$ 6.625.000,00	\$ 6.625.000,00	75005719 ROTOR 30x2 DE ANGULO FIJO THERMO SCIENTIFIC	1	\$ 4.272.200	\$ 4.272.200	OK
3	ROTOR DE ANGULO FIJO PARA TUBOS DE 12X15ML REDONDO O FALCON Ø 17MM. ANGLE 32°	1	\$ 8.297.000,00	\$ 8.297.000,00	75003623 ROTOR DE ANGULO FIJO CLINICONIC THERMO SCIENTIFIC	1	\$ 6.251.000	\$ 6.251.000	OK
4	ROTOR DE ANGULO FIJO DE 24X 1,5/2,0 ML, HERMÉTICAMENTE SELLADO TAPA EN PPS. ANGLE 45°	1	\$ 6.880.000,00	\$ 6.880.000,00	75005715 ROTOR DE ANGULO FIJO MICROCLICK 24x2 MARCA THERMO SCIENTIFIC	1	\$ 4.547.000	\$ 4.547.000	OK
			SUBTOTAL	53.955.000,00			SUBTOTAL	\$ 40.543.500	
			IVA (19%)	10.251.450			IVA (19%)	\$ 7.703.265	
			VALOR TOTAL	64.206.450,00			VALOR TOTAL	\$ 48.246.765	
VALOR PROPUESTA <= PRESUPUESTO OFICIAL									
VALOR PROPUESTA PRESENTADA									
DIFERENCIA									
VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial									
CUMPLE (SI/NO)					SI				

NOTA: Según la evaluación técnica realizada por la responsable designada del Centro de Regionalización, Paola Andrea Zarama Realpe, se sustenta y aprueba la propuesta presentada por Equipos y Laboratorio de Colombia. Dicha propuesta cumple con los requerimientos técnicos necesarios para el correcto desarrollo de las labores académicas del laboratorio.